

SoloSmart

ソロスター®用SoloSmart®



取扱説明書

インスリン注射の記録アシスト

使用目的


SoloSmart®(非医療機器)の用途は以下の通りです。

- ・ サノフィ株式会社のインスリン製剤等のペン型注入器であるソロスター®により投与された投与量(インスリン用量)を記録します。
- ・ 各インスリンの投与日時を記録します。
- ・ Bluetooth技術を用いてSoloSmart®をスマートフォンに接続したときに、スマートフォン上のSoloSmart®対応のモバイルアプリケーションに各注射の投与量、日時に関する情報を送信します。


SoloSmart®は、互換性のあるインスリン製剤等のペン型注入器を使用することを意図しています。SoloSmart®使用に関し、既知の禁忌はありません。

セット内容

SoloSmart®
1個
PN : 0273971




マイクロUSB
ケーブル 1個
PN : 0373707




取扱説明書
2枚(日本語版 1
枚、韓国語版 1
枚)



注: USB ACアダプターは
付属していません。
出力5V、500mA以上の
Class II USB ACアダプタ
ーを使用してください。



SoloSmart®とソロスター®の名称




SoloSmart®のセットアップ方法

1 SoloSmart®を起動し、充電する

出荷時は電源がオフになっています。使用前にSoloSmart®を起動し、十分に充電されていることを確認してください。


- 1.1 SoloSmart®とUSB ACアダプターを付属のマイクロUSBケーブルで接続します。USB ACアダプターを電源コンセントに差し込みます。SoloSmart®を起動し、充電が開始されます。



- 1.2 SoloSmart®を使用前に少なくとも10分間充電してください。



- 1.3 SoloSmart®のライトが青色に変わります。これは、SoloSmart®がスマートフォンとペアリングできる状態になったことを示します。



2 SoloSmart®対応のアプリをダウンロードしSoloSmart®とペアリングする

スマートフォンアプリとペアリングしないと、SoloSmart®は使用できません。

- 2.1 Google Play™(Android)またはApp Store®(Apple)からSoloSmart®対応のアプリをダウンロードしてください。
- 2.2 アプリのガイダンスに従って、以下の手順でSoloSmart®のペアリングを行います。
 - ・ スマートフォンのBluetoothをオンにします(オンになっていない場合)。
 - ・ アプリでSoloSmart®とペアリングします。




注: ペアリング中はSoloSmart®の位置をスマートフォンから10cm以内に保ってください。



ペアリングが完了すると、緑色に点灯した後に消灯します。


- 2.3 ペアリング後、アプリのガイダンスに従ってインスリンの種類を選択します。




3 SoloSmart®をソロスター®に取り付ける

SoloSmart®をソロスター®の注入ボタンに取り付けます。以下の手順に従ってください。


- 3.1 SoloSmart®の透明部分を持ち、ラバーの突起が指先の方にくるようにします。



- 3.2 単位設定インジケータがSoloSmart®のラバーの突起の間にくるように、ソロスター®にSoloSmart®を取り付けます。




- 3.3 ソロスター®の単位設定ダイヤルが隠れるまで、SoloSmart®を差し込みます。




4 SoloSmart®を起動する

ソロスター®に取り付けたSoloSmart®を起動します。

- 4.1 SoloSmart®のボタンを、ライトが紫色に点灯するまで5秒以上しっかりと押し続けます。



- 4.2 次に、ボタンから指を離すとライトが緑色に変わり、SoloSmart®が起動してアクティブモードになったことを示します。



注: ライトが紫色にならない場合は、SoloSmart®をしっかりと最後まで押し込んでください。

これでSoloSmart®を使用する準備が整いました。

重要: 注射するときは、「ソロスター®にSoloSmart®を取り付けた状態で注射をする」に従ってください。

SoloSmart®を取り付けて注射をする方法

概要

SoloSmart®を取り付けた状態で、普段と同じように注射できます。

空打ちおよび注射の方法については、お使いのソロスター®の取扱説明書を参照してください。

注: インスリンの注入を確認するために実施した空打ちも、SoloSmart®によって自動的に検知、記録されます。実行した空打ちが正しく識別されているか、スマートフォンのアプリを確認してください。

SoloSmart®を取り付けて注射をする前に

SoloSmart®を取り付けて注射をする前に、SoloSmart®のボタンを素早く押して離します。ライトが緑色に点灯して消灯した場合は、SoloSmart®が、投与情報を記録できる状態になっています。




SoloSmart®のボタンを押して離れた後もライトが点灯しない場合は、SoloSmart®はスタンバイモードであり、注射前にアクティブモードにする必要があります。

「SoloSmart®のセットアップ方法」の手順4に従って、SoloSmart®をアクティブモードにします。SoloSmart®がアクティブモードになりましたら、投与情報を記録できる状態です。

SoloSmart®を取り付けて注射する場合、以下のことを行なってください

注射中は指や手の位置を変えずに、しっかりと押し投与量を入力してください。




ボタンは、斜めからではなく、真上からしっかりと押し込んでください。



注射中はソロスター®を安定させ、まっすぐにします。



注射後、高速に点滅する緑色のライトが消灯しても、指示された時間の間、ボタンは押し込まないでください。



トラブルシューティング

投与が行われていないかどうかわからない


インスリンを注射したことが確実でない場合でも、注射を繰り返さないでください。医療従事者の指示に従い、注射または治療の状態と血糖値を確認してください。

黄橙色の点灯

バッテリー残量が少ない。

「SoloSmart®の充電」の指示に従って、SoloSmart®を充電します。


フル充電する場合、バッテリーを2時間以上充電してください。充電中のSoloSmart®を取り付けて注射をしないでください。



赤色の点灯

エラー: SoloSmart®がエラー状態となり、リセットが必要な場合、赤のライトが点灯します。

本文書の裏面にある「SoloSmart®のリセット」の手順に従って、SoloSmart®をリセットします。




SoloSmart®の充電

SoloSmart®のバッテリーは、通常の条件下ではフル充電で少なくとも1週間使用可能です。バッテリー残量が少なくなると、黄橙色のライトが点灯します。




付属のマイクロUSBケーブルを使って、SoloSmart®をUSB ACアダプター(付属していません)に接続し、充電します。



SoloSmart®の充電中は、ライトがゆっくりと緑色に点滅します。充電中のSoloSmart®を取り付けて注射をしないでください。

緑色の点滅ライトが消えるまで、機器を充電します。充電が完了すると、ライトが消灯します。(フル充電には2時間かかります)



SoloSmart®の付け替え

1 SoloSmart®を停止する

SoloSmart®を別のソロスター®に取り付けるには、SoloSmart®を停止(スタンバイモード)することで、アプリに意図しない投与情報が記録されないようにします。


- 1.1 緑色のライトが紫色に点灯して消灯するまで、SoloSmart®のボタンを5秒以上しっかりと押し続けて、スタンバイモードにしてください。



※1つのソロスター®に対して、1つのSoloSmart®をご使用ください。

2 ソロスター®からSoloSmart®を取り外す

- 2.1 SoloSmart®のボタンを押さないように注意しながら、指がSoloSmart®の側面だけに触れるように本体を持ちます。
- 2.2 SoloSmart®をソロスター®からまっすぐに引き抜きます。
- 2.3 ボタンを上にして、SoloSmart®を清潔で平らな面に立てて置いてください。



3 SoloSmart®を新しいソロスター®に取り付ける


- 3.1 SoloSmart®の透明部分を持ちます。
- 3.2 単位設定インジケータがSoloSmart®のラバーの突起の間にくるように、ソロスター®上にSoloSmart®を取り付けます。
- 3.3 ソロスター®の単位設定ダイヤルが隠れるまで、SoloSmart®を差し込みます。



4 SoloSmart®を起動する

ソロスター®に取り付けたSoloSmart®を起動します。

- 4.1 SoloSmart®のボタンを、ライトが紫色に点灯するまで5秒以上しっかりと押し続けます。
- 4.2 次に、ボタンから指を離すと、ライトが緑色に変わり、本機がアクティブモードになったことを示します。




SoloSmart®のリセット

以下の場合、SoloSmart®のリセットが必要です。

- SoloSmart®のライトが赤色に点灯した場合
- スマートフォンとのペアリングを解除し、新しいスマートフォンとペアリングする必要がある場合
- 個人の投与データをSoloSmart®から削除したい場合


1 ソロスター®からSoloSmart®を取り外す

- 1.1 SoloSmart®のボタンを押さないように注意しながら、指がSoloSmart®の側面だけに触れるように本体を持ちます。
- 1.2 SoloSmart®をソロスター®からまっすぐに引き抜きます。
- 1.3 ボタンを上にして、SoloSmart®を清潔で平らな面に立てて置きます。



2 SoloSmart®をリセットする

- 2.1 SoloSmart®を付属のマイクロUSBケーブルに接続します。
- 2.2 電源コンセントに差し込んだUSB ACアダプターにマイクロUSBケーブルを差し込み、USB ACアダプターからマイクロUSBケーブルをすばやく抜きます。
- 2.3 SoloSmart®が赤色に点滅して消灯するまで、マイクロUSBケーブルの抜き差しを3回以上繰り返します。



抜き差し3回以上行う

- 2.4 SoloSmart®をマイクロUSBケーブルから取り外します。

3 30秒間放置する


- 3.1 ボタンを上にして、平らな場所に30秒間SoloSmart®を放置します。



以上で、SoloSmart®がリセットされます。

4 リセット後の作業

リセット後、SoloSmart®の電源はオフになり、本取扱説明書の表面にある「SoloSmart®のセットアップ方法」に従って、手順1から再開します。



重要:「SoloSmart®のセットアップ方法」の全手順を完了する必要があります。

SoloSmart®のライトとその意味



- セットアップ中の緑色の点灯は、SoloSmart®が適切に取り付けられ、ペアリングされていることを意味します。
- 薬剤を注入している間は緑色のライトが点灯します。



- 注射中にSoloSmart®が注入の終わりを感知すると、緑色のライトが高速で点滅します。ライトの点滅が終わった後、適切なインスリン投与のために指示された時間の間は、ボタンを押したままにしてください。



- SoloSmart®が充電中。フル充電になると、緑色のライトが点滅して消灯します。
- フル充電には、2時間以上を要します。
- 充電中のSoloSmart®をソロスター®に取り付けて注射をしないでください。



- セットアップ中および充電中は、SoloSmart®がペアリングできる状態になったとき、またはペアリングされていないときに、青色のライトが点灯します。
- 注射中に青色のライトが点灯した場合、SoloSmart®はスマートフォンとペアリングされておらず、投与情報が記録されていません。



- SoloSmart®を別のソロスター®に取り付けるとき、ソロスター®からSoloSmart®を外したとき、またはペアリングされていないときに、紫色のライトが点灯し、その後消灯します。
- SoloSmart®を別のソロスター®に取り付けた後、紫色のライトが点灯した後に緑色になると、SoloSmart®が起動して、アクティブモードになったことを示します。



- バッテリー残量が少なくなると黄橙色のライトが点灯します。充電を行ってください。
- フル充電には、2時間以上を要します。
- 充電中のSoloSmart®をソロスター®に取り付けて注射をしないでください。



- SoloSmart®がエラー状態となり、リセットが必要な場合、赤色にライトが点灯します。
- 「SoloSmart®のリセット」の手順に従ってSoloSmart®をリセットします。



- SoloSmart®のリセット中は、赤色にライトが点滅し、リセットが正常に行われると消灯します。「SoloSmart®のリセット」を参照。



- ライトは、30秒以上操作しないと自動的に消灯します。
- SoloSmart®の状態を確認するには、ボタンを軽く押しして起動させます。
- ライトが点灯しない場合は、ボタンを数秒間しっかりと押し、SoloSmart®を起動してください。「SoloSmart®のセットアップ方法」の手順4を参照。
- しっかりと長押ししても点灯しない場合は、バッテリー切れの可能性がありますが、充電を行ってください。充電が完了すると、緑色のゆっくりした点滅が消灯します。

お手入れの方法

SoloSmart®はお手入れして別のソロスター®に取り付けできます。

SoloSmart®のお手入れ:

- SoloSmart®がUSB ACアダプターとマイクロUSBケーブルに接続されていないことを確認してください。
- マイクロUSBポートを濡らさないように注意しながら、軽く湿らせた柔らかい布で外面を拭きます。必要に応じて少量の中性洗剤を使用してください。
- 乾いた柔らかい布で表面を拭いてください。

重要: SoloSmart®は防水仕様ではないので、マイクロUSBポートを絶対に濡らさないでください。

安全上のご注意

副作用または事故が発生した場合は、かかりつけの医療機関に連絡してください。

不適切な操作により、重大な人身事故または死亡事故が発生する可能性があります。

- 薬を注射したことが確実でない場合は、注射を開始したり、注射を繰り返したりしないでください。医療従事者の指示に従ってください。
- SoloSmart®およびUSBケーブルは、使っていない時は寝ているユーザーや患者から離れたところに置かないでください。
- SoloSmart®やその付属品を子供の手の届くところに置かないでください(けが、窒息、絞扼の危険性があります)。頭や首の周りにケーブルを巻いたり締めたりしないでください。
- SoloSmart®を40°C以上の温度や火気にさらさないでください。SoloSmart®を弊社の推奨温度を超える高温で使用した場合、機器表面が高温になる可能性があります。この場合、火傷の危険を避けるため、使用を制限する必要があります。
- SoloSmart®は磁石を内蔵しています。最適な結果を保証するために、使用中は金属部品との接触を避け、SoloSmart®をペースメーカー、除動器、身体装着の点検やMRI(磁気共鳴画像装置)の近くで使用しないでください。
- 爆発の危険性がある場所、揮発性溶媒(アルコールなど)や可燃性物質(麻酔薬、酸素が豊富な環境など)がある場所でSoloSmart®を操作しないでください。
- SoloSmart®はすでにインスリン製剤等のペン型注入器に慣れている患者で使用してください。ご使用のインスリン製剤等のペン型注入器との互換性については、医療従事者、またはサノフィ株式会社にお問い合わせください。

不適切な使用により、人身事故または物的損害が発生する可能性があります。

- SoloSmart®を湿気や水にさらさないでください。SoloSmart®を液体につけないでください。
- 結露による故障の原因となりますので、開梱前に30分ほど常温に置いてください。
- 自らSoloSmart®の分解、改造、修理を行わないでください。火災、感電、けが、機器の故障の原因になります。SoloSmart®の定期メンテナンスは不要です。
- 使用中に異常な臭い、音、熱、煙が発生した場合は、SoloSmart®の使用を中止してください。
- 外部から機械的衝撃(叩く、ぶつける、落とすなど)や過剰な応力(加わると、SoloSmart®の故障の原因となる)があります。故障した場合は、SoloSmart®を使用せずに糖尿病用注射剤治療を続けてください。技術サポートについては、サノフィ株式会社へお問い合わせください。
- 目に見える損傷がある場合は、SoloSmart®を使用せず、医療従事者に連絡してください。
- SoloSmart®とその付属品を動物や昆虫などが触れる場所に置かないでください。また、ほこりが立つ場所やぬいぐるみの近くに置かないでください。使用後は、必ずパッケージに収納してください。
- SoloSmart®は、サノフィ株式会社が製造販売を行っているインスリン製剤あるいはインスリンを含む配合剤が既にセットされている使い捨てタイプのソロスター®のみで使用し、その他のペン型注入器には決して使用しないでください。
- 目の自由な方が使用する際は、SoloSmart®の使用について訓練を受けた方の助けを借りてください。
- 取り扱いは、ソロスター®に針が取り付けられている場合は、注射針を取り外してください。
- 電気・電子機器廃棄物の分別収集は自治体の指示に従ってください。

無線通信の安全性に関する問題

- スマートフォンのパスワードで個人のヘルスケアデータを保護してください。
- SoloSmart®が使用できる承認済み互換アプリのリストについては、www.solosmart.comから入手できます。
- 携帯型RF通信機器(アンテナケーブル、外部アンテナなどの周辺機器を含む)は、製造業者指定のケーブルも含めて、SoloSmart®の2の部分から30cm以上離して使用してください。SoloSmart®の性能が低下する可能性があります。
- Bluetoothの通信障害または喪失が発生した場合、SoloSmart®は引き続き、すべての注射の履歴を追跡し、記録します。
- 非公式ストアからアプリをスマートフォンへインストールすることは絶対に避けてください。
- ウイルス対策ソフトを導入して、スマートフォンを保護してください。
- スマートフォンを正しく保護して管理する責任はユーザーにあります。
- スマートフォンとSoloSmart®は必ず自分で管理できる安全な場所に保管してください。このようにすることで、ほかの人がシステムにアクセスしたり、不正な変更を加えたりすることが避けられます。
- SoloSmart®で使用するアプリは、製造業者に承認された構成や使用制限を削除、解除または回避するように変更や変更を施したスマートフォンや、メーカー保証に違反するスマートフォンでの使用は意図されていません。
- まれに、インスリン投与量の測定値が不正確になることがあります。あなたの測定値が正しくないと思われる場合やいつもと違うように思われる場合は、血糖値をご確認ください。インスリンを注射したことが確実でない場合でも、注射を繰り返さないでください。医療従事者の指示に従って、治療と血糖値を観察してください。

無線通信の安全性に関する問題

- SoloSmart®で使用するアプリで患者の健康状態を記録するには、スマートフォンの日時が正しく設定されている必要があります。スマートフォンの日時は自動的に更新されるように設定してください。これはスマートフォンの設定で確認できます。
- SoloSmart®用のアプリを使用する際は、スマートフォンは常に十分に充電して電源をオンしておいてください。
- 電子機器およびシステムの電磁両立性(EMC)に関する特別な措置の対象であり、オンライン(<http://www.solosmart.com/>)のテクニカルノートに記載されたEMC指示に従って設置してください。
- SoloSmart®の他の機器に隣接して使用したり、積み重ねて使用しないでください。SoloSmart®が正しく動作しない原因となる可能性があります。そのような使用が必要な場合は、SoloSmart®および他の機器が正常に動作していることを注意深く確認する必要があります。
- 注: 親アプリケーションとSoloSmart®をノイズの多い環境(2.4GHz付近の電磁信号が多い状況)で使用している場合、Bluetooth®ができなくなり、双方の接続が終了します。ただしSoloSmart®は投与記録を継続します。混乱させている電磁信号がなくなると、親アプリケーションとSoloSmart®は再度通信できるようになります。

技術仕様

対象患者	インスリン製剤等の治療に使い捨てタイプのソロスター®を使用して治療を行っている患者
使用環境	家庭用または医療機関(屋内のみ)
記録された投与量の精度	テストベンチで99%±1IU
充電と駆動	マイクロUSB接続で充電。2時間でフル充電。1週間駆動。USB ACアダプター(付属していません): IEC/UL 60950-1またはIEC/UL 62368-1認証。CEまたはULマーク。電圧自動対応の外部モジュール。入力電圧範囲: 90-264V
消費電力	DC5V。最低500 mA
バッテリー	リチウムイオン3.6V 25mAh
通信	2400MHz-2483.5MHzの周波数帯域で動作するBluetooth Low Energy v4.2。40チャンネル。2 MHz間隔チャンネル。1 MHzチャンネル帯域幅。4dBm (2.5119mW) 最大伝送電力。-6.18dBm最大EIRP(等価等方放射電力)
ソフトウェアバージョン	ファームウェア 5.3.x & 5.4.x
寸法	23.3mm(厚さ) x 21.4mm(径)
重量	6g
保管および輸送条件	SoloSmart®は、損傷から保護するように設計されたオリジナルのパッケージに入れて輸送および保管してください。すべてのオリジナルパッケージは、今後の使用のために保管してください。(SoloSmart®を返送/輸送する場合も必要となります)
動作条件	
耐用年数	3年
追加の技術的情報はテクニカルノートに記載されており、www.solosmart.comで入手できます	

本機および/またはそのパッケージおよびラベルの記号および情報

記号	説明
	取扱説明書/冊子を参照してください。取扱説明書に従ってください
	取扱説明書/操作説明書
	製造業者
	製造国および製造日付
	シリアル番号
	モデル番号
	バッチ番号
	翻訳
	製品参照
	販売店名参照
	使用期限
	保護等級(IP22 (IEC 60529))
	直流電流
	屋内使用のみ
	湿気に敏感な機器
	SoloSmart®が安全に曝露できる温度限界
	SoloSmart®が安全に曝露できる湿度限界
	SoloSmart®が安全に曝露できる圧力限界
	包装が破損している場合は使用しないでください。
	電気・電子機器に由来する廃棄物(WEEE)
	単一患者、複数回使用
	SoloSmart®は、地域の無線通信に関する規制に適合しています
	リサイクルマーク(紙製容器包装)
	韓国適合表示
	電話番号

無線通信宣言

SoloSmart®は電波を発信する装置を内蔵しており、同装置は日本電波法に基づいて技術適合証明を受けております

一般情報および連絡先

BIOCORP PRODUCTION

 ZI de LAVAUR - LA BÉCHADE

 63500 ISSOIRE

 FRANCE

 Tel : +33 4 73 55 70 50

www.biocorpsys.com

サノフィ株式会社

 〒163-1488東京都新宿区西新宿3丁目

 20番2号

 SoloSmart®対応窓口 0120-142-969

質問や問題がある場合、サノフィ株式会社までご連絡ください。